

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	商城县人民医院
拟采购产品名称	剂量仪(点剂量验证)、IMRT 验证设备(二维矩阵)、固体水膜及其适配器(电离室探头, rw3 固体水)、晨检仪、胶片验证(胶片分析验证软件, 带全套机器质控, 两盒胶片)
拟采购产品金额	218 万元
采购项目所属项目名称	商城县人民医院直线加速器配套验证设备采购项目
采购项目所属项目金额	218 万元
二、申请理由	
1、中国境内无法获取: ☐	
2、无法以合理的商业条件获取: ☐	
3、其他: ☒	
原因阐述: 进口设备精密度、稳定性、安全性等方面有较大优势; 国内产品关键技术指标达不到使用要求, 为更好开展工作, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
该产品不属于国家限制进口产品, 符合一般进口设备进口的相关要求。 专家签字: 张嵩 2024 年 9 月 19 日	

