

商城县人民医院购置一批医疗设备项目  
(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目  
一包

# 招 标 文 件

采购编号：商财公开招标-2025-1



采 购 人：商城县人民医院

采购代理机构：河南志高工程管理有限公司

日 期：二〇二五年二月

# 致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的10%-20%（工程项目为5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原

则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话 0376-6699123、电子邮箱 czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局  
2024 年 6 月

## 目 录

致政府采购供应商和代理机构的一封信 .....	- 1 -
第一章 招标公告 .....	- 4 -
第二章 投标人须知 .....	- 9 -
第三章 评标办法（综合评估法） .....	- 27 -
第四章 合同条款及格式 .....	- 35 -
第五章 采购项目产品技术标准与要求 .....	- 39 -
第六章 投标文件格式 .....	- 60 -

## 第一章 招标公告

### 项目概况

商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目的潜在投标人登录“全国公共资源交易平台(河南省·商城县)(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站,凭办理的企业身份认证锁(CA数字证书)登录会员系统进行网上投标”。获取招标文件,并于2025年03月05日09时00分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号:商财公开招标-2025-1;
- 2、项目名称:商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目;
- 3、采购方式:公开招标;
- 4、预算金额:1872000.00元;  
最高限价:1872000.00元;

序号	名称	预算单价(元)	最高限价(元)
1	商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目一包	1274500.00	1274500.00
2	商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目二包	597500.00	597500.00

### 5、采购需求:

5.1 采购内容:商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目,采购数量及技术要求等详见招标文件;

5.2 一包交货期:60日历天内完成供货及安装调试;二包服务期限:1年;

5.3 一包质量要求:合格,符合国家相关质量验收标准;二包质量要求:符合现行国家、行业和专业标准,并达到采购人的要求;

5.4 一包质保期:验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的,以技术参数要求为准);

5.5 标段划分:本项目共划分2个包;

6、合同履行期限:同交货期或服务期限;

7、交货地点:采购人指定地点;

8、本项目不接受联合体投标;

9、是否接受进口产品:是;

### 二、申请人资格要求

**一包：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第3款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明或财务报表）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面承诺书，格式自拟）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来连续三月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺书，格式自拟）；

3.6 投标人须为设备生产商或经销商，投标人若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证；投标人若为设备经销商，则应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；且所投产品须具有医疗器械注册登记证；

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定，投标人应提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；中国政府采购网

（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；

3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动；【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的（公司基础信息包含股东及出资信息）截图或其他有效的证明材料（内

容包括股东及出资信息), 查询截止时点为: 从公告发布之日起至投标截止之日【止】;

3.9 本项目不允许联合体投标, 同时不得分包, 不得转包(提供书面承诺书, 格式自拟)。

## 二包:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)第六条第3款之规定: 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争, 或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目特定资格要求:

3.1 具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件);

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2023年度经审计的财务审计报告, 若企业成立年份不足, 则需提供开户行出具的资信证明或财务报表);

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面承诺书, 格式自拟);

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供书面承诺书, 格式自拟);

3.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(提供书面承诺书, 格式自拟);

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号文件和豫财购【2016】15号文件的规定, 投标人应提供“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”; 中国政府采购网

([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录, 提供查询网页截图, 查询截止时点为: 从公告发布之日起至投标截止之日【止】;

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动; 【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的(公司基础信息包含股东及出资信息)截图或其他有效的证明材料(内

容包括股东及出资信息), 查询截止时点为: 从公告发布之日起至投标截止之日止】;

3.8 本项目不允许联合体投标, 同时不得分包, 不得转包(提供书面承诺书, 格式自拟)。

### 三、获取招标文件

1、时间: 2025 年 02 月 08 日至 2025 年 02 月 13 日(每日上午 00: 00-12: 00, 下午 12: 00-23: 59, 北京时间, 法定节假日除外)。

2、地点: 登录“《商城县公共资源交易中心》(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站, 凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统获取招标文件。

3、方式: 投标企业首先登录“商城县公共资源交易(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站进行交易主体注册, 根据通知公告有关办理 CA 数字证书的要求准备好 CA 办理所需资料办理 CA 数字证书。登录“商城县公共资源交易(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)”网站, 凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上投标报名。本次采购实行网上报名, 线下不再接受报名。

凡有意参加投标者, 在规定时间内凭 CA 数字证书登录会员系统报名后并按网上提示下载磋商文件及资料。

4、售价: 0 元。

5、请各潜在投标人报名下载采购文件后, 及时关注系统业务菜单(“招标文件澄清与修改”, “控制价文件”)内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载, 不再另行通知。

### 四、投标文件提交的截止时间及地点

1、时间: 2025 年 03 月 05 日 09 时 00 分(北京时间)。

2、响应文件接收地点: 响应文件递交地点为《商城县公共资源交易网》(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/>)电子招投标平台会员系统指定位置。

3、网上提交: 投标人应当在提交响应文件截止时间前, 通过互联网使用 CA 数字证书登录“商城县政府采购电子交易平台”, 将已加密电子响应文件上传, 并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期完成上传或未按规定加密的响应文件, 采购人将拒收;

4、本项目采用“不见面开标”交易方式, 不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>, 投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件, 无需到现场参加开启会议, 无需到达现场提交原件资料;

5、投标人应当在响应文件递交截止时间前, 使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅, 在线签到并准时参加开启活动, 并在规定时间内完成响应文件

解密、答疑澄清等；

6、逾期解密的投标人，其响应文件将被拒绝或视为无效投标；

7、没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

8、不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县交易系统升级版投标人/供应商操作手册；

9、特别提示：投标企业应提前进入商城县公共资源电子交易平台系统更新主体库信息，以免无法正常登陆系统错过开评标时间。投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

10、其他注意事项：投标人编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在响应文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。

## 五、投标文件的开启时间及地点

1、时间:2025年03月05日09时00分(北京时间)

2、地点:商城县公共资源交易网不见面开标大厅

(<https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/>)

## 六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《商城县公共资源交易网》上发布,招标公告期限为五个工作日。

## 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:

1、采购人:商城县人民医院

地 址:商城县金刚台大道西段

联系人:陈先生

电话:0376-7973067

2、采购代理机构

代理机构:河南志高工程管理有限公司

地址:河南省洛阳市洛龙区永泰街38号正大国际西区7号楼609

联 系 人:史先生

联系电话:13303767757

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：商城县人民医院 地 址：商城县金刚台大道西段 联系人：陈先生 电话：0376-7973067
1.1.3	采购代理机构	代理机构：河南志高工程管理有限公司 地址：河南省洛阳市洛龙区永泰街38号正大国际西区7号楼609 联 系 人：史先生 联系电话：13303767757
1.1.4	项目名称	商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价(最高限价)	预算价(最高限价)：1274500.00元 投标报价超过预算价(最高限价)按无效投标处理。
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	商城县人民医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)项目，采购数量及技术要求等详见招标文件
1.3.2	质量要求	合格，符合国家相关质量验收标准
1.3.3	交货期	60日历天内完成供货及安装调试
1.3.4	质保期	验收合格之日起1年(技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准)
1.4.1	投标人资格要求	详见第一章 招标公告“二、申请人资格要求”
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5	付款方式	双方自行协商

1.9	投标预备会	不召开
1.10	现场踏勘	不组织，自行踏勘。
1.11	分 包	不允许分包、转包
2.1	构成招标文件的其 他材料	有关补充文件等
2.2.1	投标人提出问题的 截止时间	招标公告发出后7个工作日内通过公共资源交易中心电子平台提交，并致电确认（详见代理机构联系方式）或以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）。
2.2.2	投标截止时间	见开标时间和地点
2.2.3	投标人确认收到招 标文件澄清的时间	将通过“公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，并对其具有约束力。请各投标人及时关注本项目通过公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责。
2.3	采购人澄清的时间	澄清内容影响投标文件编制的，投标截止时间15天前通过“公共资源交易中心”电子交易平台公布给所有下载招标文件的投标人。
2.3.2	投标人确认收到招 标文件修改的时间	将通过“公共资源交易中心”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，并对其具有约束力。请各投标人及时关注本项目通过公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责。
3.1	构成投标文件的其 他材料	投标人认为其它所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
3.5	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3.5.8	签字和（或）盖章 要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字或盖章。
3.5.9	投标文件份数及其	电子响应文件壹份。

	他要求	开标时不需要提交纸质响应文件。中标人需在合同协议书签订前，按采购人要求另提交 1 套胶装好的纸质响应文件送至代理机构。
4.2	投标文件的递交	1、电子响应文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅 <a href="https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/">https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/</a> ，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025年03月05日09时00分(北京时间) 开标地点：商城县公共资源交易网不见面开标大厅
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，其中业主评委 <u>1</u> 人，技术、经济类专家 <u>4</u> 人； 评标专家确定方式：在开标前从评标专家库中随机抽取确定。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3名
7.3	履约保证金	无
10. 需要补充的其他内容		
10.1	代理服务费	1. 代理费收费约定： 本项目代理服务费按“豫招协〔2023〕002号”规定的收费标准收取。本项目代理费由中标企业支付，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。 注：投标人报价应当包含该项目代理服务等（代理服务费支付金额为不含税金额且不含评委劳务费）。 2. 收费标准： 预算金额的 100 万（含）以下部分费率为 1.7%； 预算金额的 100-500 万元(含 500 万元)部分费率为 1.2%；

10.2	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
10.3	核心产品	/
	其他	<p>本项目中标单位所投产品及附属不得擅自更换。否则，采购人有权解除合同，中标人需承担因此引起的违约责任，赔偿给采购人造成的相应损失。</p> <p><b>解释权</b></p> <p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
<p><b>本项目对应的中小企业所属行业为：</b>其他未列明行业</p>		
<p><b>特别注意事项：</b></p> <p>1、 商城县政府采购品茗远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过商城县政府采购电子交易系统（网址 <a href="http://zfcg.scxzfzfw.com/login">http://zfcg.scxzfzfw.com/login</a> 中【业务管理】—【开评标】—【不见面开标系统】模块进入不见面开标大厅，也可以直接点击不见面开标系统链接投标人操作手册下载地址： <a href="http://www.scxzfzfw.com/Uploads/20201110/ca0ed58a34d543b89bc94f667d4af6be.docx">http://www.scxzfzfw.com/Uploads/20201110/ca0ed58a34d543b89bc94f667d4af6be.docx</a></p> <p>2、 不见面开标系统对投标人终端要求：</p> <p>（1）电脑配置：4G 以上内存，windows7 以上操作系统，IE11 以上浏览器，office2010 以上文字处理软件，摄像头（暂时可不用）、带声卡耳机；</p> <p>（2）互联网网络带宽 50M 以上。 投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是是否能正常收看视频直播；</p> <p>特别提示： IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置，如未安装及设置开标过程造成的无法解密、无法正常查看开标 视频的后果自行负责。</p> <p>3、 不见面开标系统需交易主体使用 CA 锁登录交易平台进行操作。（如未办理可查看商城县公共资源交易网服务指南 CA 办理流程）</p> <p>4、 不见面开标项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书（CA）登录“商城县电子交易系统（品茗）”下载。 潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新采购文件文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将作为无效投标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。</p> <p>5、 为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可以加入“商城县品茗电子交易系统交流群”或电话进行</p>		

业务咨询。QQ 群号：825473292，服务热线：18003977728

## 6、特别提醒

因本项目采用远程不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

- (1) 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
- (2) 本项目采购文件和投标文件必须使用商城县品茗招投标工具软件编制，并通过商城县品茗电子交易系统完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。
- (3) 投标人通过商城县品茗电子交易系统递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用商城县品茗投标编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网上，开标当日，投标人不必抵达开标现场，无须携带相关原件，无须递交纸质版标书，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统进行互动交流以及文件传送等操作。
- (4) 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，并播放远程开标会议温馨提示测试音频，收听、观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。
- (5) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。
- (6) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情况（如有），然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。
  - ①因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用不当（用错 CA 锁、CA 锁已过期、CA 锁加解密功能有问题等等）、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；（投标文件加解密需使用企业锁）
  - ②因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
  - ③因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间
- (7) 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。
- (8) 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过

程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

(9) 投标人应充分考虑到网络及系统平台的影响。

# 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (5) 为本招标项目的代建人；

- (6) 为本招标项目的采购代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的相关法律文书为准）；
- (13) 法律法规或投标须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

不召开

#### 1.10 现场踏勘

不组织，投标人可自行踏勘，与之相关的所有事项，投标人自行负责

#### 1.11 分包

投标人在中标后可以将中标项目进行分包。

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同主要条款及格式；

采购项目产品技术标准与要求；

投标文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，

相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

##### 3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标文件的编制应包含“第六章-投标文件格式”的全部内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括施工费、设备材料采购费、包装费、运输费、卸货费(含二次搬运)、安装费、产品自检调试费、措施费、赶工费、安全文明施工费、验收费、管理费、利润、税金及质保期内的保修等交付前所有费用，报价其他要求详见投标人须知前附表。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标

的决定因素；

3.2.7 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：无。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料。

3.5.2 按照“投标人须知前附表”1.4.1要求，提供其他相关材料。

### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、采购内容作出响应。

3.7.3 投标文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标文件格式为“\*.XYTF”。电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的上传

4.1.1 上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。未按要求加密的电子投标文件，采购人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

#### 4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (\*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2.2 逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.7 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.1.3 招标代理公司按照招标文件的要求对投标人资格进行验证和资格审查。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金：见投标人须知前附表。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求：

(1) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

(2) 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

(3) 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

- (4) 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- (5) 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- (6) 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；
- (7) 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；
- (8) 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.2 对投标人的纪律要求：

- (1) 不得以他人名义投标；
- (2) 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；
- (3) 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- (4) 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- (5) 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- (6) 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；
- (7) 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；
- (8) 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.3 对评标委员会及成员的纪律要求：

- (1) 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；
- (2) 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- (4) 不得征询采购人的倾向性意见；
- (5) 不得对主观评审因素协商评分；
- (6) 不得对客观评审因素评分不一致；
- (7) 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- (8) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

- (9) 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- (10) 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- (11) 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (12) 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- (13) 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- (14) 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- (15) 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：

- (1) 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- (2) 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- (3) 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- (4) 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；
- (5) 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- (6) 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- (7) 与投标人有利害关系的应当回避；
- (8) 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 9. 质疑和投诉

投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，有权按政府采购有关法律法规规定的程序和时间实名向采购人或采购代理机构提出书面质疑；质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其

质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## **10. 需要补充的其他内容**

10.1 代理服务费：见投标人须知前附表。

10.2 最高投标限价（预算价）：见投标人须知前附表。

10.3 付款方式：见投标人须知前附表。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：  
<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，投标人的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中投标人默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

### 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定
2.1.2	符合性评审标准	供应商	与营业执照一致
		响应函签字盖章	符合第二章“供应商须知”第3.5.8项规定
		响应文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		响应内容	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定
		交货期	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定
		质量要求	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定
2.2	分值构成（100分）	商务部分：30分 技术部分：55分 综合部分：15分	
条款号		评分因素	评分标准
2.2(1)	商务标（30分）	投标最终报价得分（30分）	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终报价得分=（评标基准价/最终报价）×30 注：1. 价格分计算保留小数点后二位；

			<p>评审中发现供应商的投标报价超过招标控制价按无效标处理；发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且该供应商的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2. 优惠政策：对小微企业、监狱企业、残疾人福利性等单位报价给予 15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p>
2.2 (2)	技术标部分 ( 55 分)	技术服务要求 (40 分)	<p>所有条款均符合文件技术参数与要求，得基本分 40 分；带“★”的技术参数为重要参数，每有一项负偏差扣 5 分，扣完为止；不带“★”的技术参数为一般参数，每有一项负偏差扣 3 分，扣完为止（★号条款需要提供技术证明材料，比如所投产品的产品注册检验报告（重要章页）或技术白皮书或所投产品型号彩页，不提供证明材料的视为未响应。）；</p>
		供货、安装、调试及验收方案 (3 分)	<p>根据供应商提供的方案进行评分：提供描述清晰、详细、合理的项目方案(包括安装地点考察与结合方案、货物进场时间、随行工作人员、安装方案、调试方案及验收方案等) 进行评价：</p> <p>(1) 方案有效、考虑情况全面，得 3 分；</p> <p>(2) 方案较有效、考虑情况较全面，得 2 分；</p> <p>(3) 方案较差、考虑情况一般，得 1 分；</p> <p>(4) 未提供不得分。</p>
		培训方案及现场服务方案 (3 分)	<p>根据供应商提供的方案进行评分：提供描述清晰、详细、合理的项目方案(包括培训方式及内容、培训工程师资质及名单、服务方案、应急处理方案、售后人员计划、售后服务承诺、质量保证措施等) 进行评价：</p> <p>(1) 方案有效、考虑情况全面，得 3 分；</p> <p>(2) 方案较有效、考虑情况较全面，得 2 分；</p> <p>(3) 方案较差、考虑情况一般，得 1 分；</p> <p>(4) 未提供不得分。</p>

		<p>年检、维修保养方案及方法、售后服务（3分）</p>	<p>根据供应商提供的方案进行评分：提供描述清晰、详细、合理的项目方案（须包括以下内容维修服务方案、应急处理方案、年检、维修方案及方法、维修保养计划及科学的维修保养周期、紧急维修服务方案、质量保证措施、售后服务承诺、售后人员配备及售后人员计划、能否满足2小时内响应、24小时内维修完成、24小时无法完成维修的是否提供免费备用机、回访、故障处理及问题解决、零配件价格及服务收费、维修、保养等）进行评价：</p> <p>（1）方案有效、考虑情况全面，得3分；</p> <p>（2）方案较有效、考虑情况较全面，得2分；</p> <p>（3）方案较差、考虑情况一般，得1分；</p> <p>（4）未提供不得分。</p>
		<p>优惠承诺（3分）</p>	<p>根据供应商提供的质保期限外的维保或系统升级进行评分：提供描述清晰、详细、合理的项目（包括提供主要部件或维保升级费用清单等）进行评价：</p> <p>（1）承诺合理、考虑情况全面，得3分；</p> <p>（2）承诺较合理、考虑情况较全面，得2分；</p> <p>（3）承诺较差、考虑情况一般，得1分；</p> <p>（4）未提供不得分。</p>
		<p>设备性能先进性（3分）</p>	<p>根据供应商提供的设备在同类中的市场占有率及性能先进性（包括工作原理先进、管理功能强大、设备应配置优、控制方式可靠，可维修性能好、适用性强等），进行评价：</p> <p>（1）内容合理、考虑情况全面，得3分；</p> <p>（2）内容较合理、考虑情况较全面，得2分；</p> <p>（3）内容较差、考虑情况一般，得1分；</p> <p>（4）未提供不得分。</p>
2.2（3）	综合标部分（15分）	<p>质保期承诺（6分）</p>	<p>供应商符合质保期基本要求，且在满足货款支付方式的前提下，每增加6个月得3分，最多加6分，未承诺不得分（提供书面承诺书，格式自拟）。</p>
		<p>企业业绩（9分）</p>	<p>供应商或生产商提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过同类（视频脑电图仪）设备业</p>

			<p>绩，每提供一份得 2 分，最多得 4 分。（须同时提供合同原件的扫描件，否则不得分）。</p>
			<p>供应商或生产商提供 2021 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来承接过同类（血细胞分离机）设备业绩，每提供一份得 2.5 分，最多得 5 分。（须同时提供中标通知书原件的扫描件、合同原件的扫描件，否则不得分）。</p>

## 1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相同时，按投标报价由低到高排列；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

如果投标企业报价低于预算价（控制价）较大的，建议投标企业在投标（响应）文件中提供报价情况说明及有关材料，证明报价不会影响产品质量或诚信履约”避免企业未及时澄清导致投标无效。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表；

### 2.2 分值构成与评分标准

#### 2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

#### 2.2.2 评分标准

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 采购人依据投标人提交第三章“评标办法”第 2.1.1 项的规定，进行资格评审。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围；

(2) 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应

当否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价金额计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.2(1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.2(2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.2(3) 目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。每个投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后二位。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的。可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 附件：废标条件

### 废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

(合同格式仅供参考)

需方(甲方):

供方(乙方):

签订地点:

经\_\_\_\_\_采购项目公开招标,乙方获得中标,就甲方向乙方购买设备事宜,经双方协商,达成以下协议:

### 一、设备名称、规格型号、品牌、数量、单位、合计:

序号	设备名称	数量	单位	品牌	型号	单价/元	总价/元	备注
1								
2								
合计		大写:		小写:				

### 合同总价款:

前述价款包含:设备款、包装费、运输费、安装调试费、培训费、保修服务费、税金等所有费用。

### 二、质保期、技术培训及售后服务:

从装机培训验收合格之日起,乙方对本合同设备提供厂家\_\_\_\_\_年免费保修,提供不定期上门维保服务。保修期内免费上门维修,提供保修期外维修服务。保修期外,收取维修成本费用。乙方在接到甲方电话通知后(乙方联系电话以本合同约定为准)、\_( )小时内予以响应,\_\_\_\_小时内到达现场,到达现场后\_\_\_\_小时解决故障,24小时内无法解决的故障由乙方提供免费备用机,同时最长不超过\_\_\_\_小时排除故障。保修期内乙方不能按合同约定履行维修义务,甲方有权委托第三方维修,因此产生的费用由乙方承担。

### 三、结算方式：

1. 自设备安装调试培训验收合格后，甲方首付款支付合同总金额的 50%（乙方开出发票后 3 日内甲方支付），合计：（小写） 元，（大写） 。

2. 设备正常运行 6 个月后，甲方支付合同总金额的 30%；正常运行 12 个月后，甲方支付合同总金额的 15%；正常运行至质保期结束后，甲方支付合同总金额的 5%。

3. 甲方支付货款前，乙方应提供等额的税务发票。

4. 在质保期内，乙方未按响应文件和合同约定履行售后服务措施，甲方有权向主管部门和政府采购管理部门报告，由信阳市政府采购监督管理部门做出处罚。

### 四、质量要求及商务、技术要求：

乙方所提供的设备应符合国家和行业现行最新标准。

乙方向甲方提供以下证件（复印件）：

1. 营业执照
2. 医疗器械经营（生产）许可证
3. 医疗器械注册证（或医疗器械产品备案凭证）
4. 乙方法定代表人证明书及代理委托书（含身份证复印件）
5. 制造商授权函

### 五、交货地点、时间及方式：

合同签订后\_\_\_\_\_日历天内将所供设备运送到甲方指定位置，并负责设备安装、验收和调试，承担运输、保管、安装、调试、验收合格移交甲方之前的所有风险责任和费用。

### 六、包装标准、要求：

1. 乙方提供的设备应为全新合格设备，必须满足投标文件承诺的所有服务。
2. 国产设备出厂时间至验收时间应不超过一年。如若不符，甲方有权拒绝接收并由乙方承担全部责任，包装费用由乙方承担。

3. 设备外包装应坚固、密封、完整、防震、防潮、无损伤，如若不符，甲方有权拒绝接收并由乙方承担全部责任，包装费用由乙方承担。安装设备产生的垃圾由乙方负责清理至指定垃圾存放处。

4. 如因产品质量问题影响甲方医疗工作或引起医疗纠纷，乙方负责承担全部经济损失及全部法律责任。

#### **七、验收标准：**

乙方负责设备的安装和调试，并应于交付设备同时向甲方提供设备的配置清单、产品说明书、出厂合格证等相关证明文件。按国家或行业规定的质量标准验收，乙方承担所需的一切费用。

#### **八、违约责任：**

1、双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应当按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。

#### **九、合同争议解决方式：**

发生合同争议双方可以协商解决。协商调解不成，可依法向合同签订地甲方人民法院起诉。

#### **十、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力因素影响合同履行时，双方可协商延期履行或解除合同，并避免相应的违约责任。受不可抗力影响的一方，应在事发后（24 小时内）

及时通知对方，并于事实发生后 15 天内将有关证明交对方确认。

**十一、其他约定事项：**

1. 本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效，合同执行期内，双方不可随意变更或解除合同。

2. 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

以下无正文

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

双方合同	需方（甲方）	供方（乙方）
名称		
单位地址		
法定代表人		
授权委托人		
签字时间	年 月 日	
开户全称		
开户银行		
银行账号		
联系电话		

# 第五章 采购项目产品技术标准与要求

县医院购置一批医疗设备项目一标段 工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1,274,500.00

(大写): 壹佰贰拾柒万肆仟伍佰元整

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师盖章) 管理  
有限公司  
有效期至: 2027年09月06日

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师盖章) 管理  
有限公司  
有效期至: 2026年07月28日



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

扉-2



扫描全能王 创建

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段


标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1274500	
2	措施项目		
2.1	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	增值税		—
5	含税工程造价合计	1274500	
招标控制价合计		1,274,500.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）      第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		整个项目					1274500
本页小计							

为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等） 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03B001	血细胞分离机（进口）	1. 技术情况 1.1 工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式 1.2 终产品在离心机外收集，终产品体积可调 1.3 离心机转速：≤2200rpm，转数误差：±1% 1.4 全血流速：10-120ml/min(最低流速达10ml/min, 保证安全用于低体重儿童) 1.5 体外循环量：最低120-最高180ml, 同时具有体外循环量自动监测功能 1.6 五泵系统，设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围1:6~1:25 1.7 具有CCD相机和红外探测器，能有效预防细胞污染 1.8 全中文操作界面 1.9 大液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息 1.10 *自动保持静脉开放功能：全自动维持入路和回路静脉开放(KVO)，无须手动调节 1.11 *自动预测计算CD34+细胞收率功能 1.12 软件模式：	台	1	579000	579000	
本页小计							579000	

：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目—标段
标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）
第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
本页小计							579000	
			程序操作及设备硬件诊断检测自动化 升级潜力大 2 床性能： 2.1 采集血小板/血浆 (1) 单针、双针连续采集方式 (2) 可采集一至三份 $3 \times 10^8$ 血小板 (3) 采集时间：单针 $\leq 60\text{min}$ ，双针 $\leq 40\text{min}$ (4) 采集效率：采集或去除血小板平均效率大于60%，单针可达75% (5) 白细胞含量： $\leq 5.5 \times 10^6$ /单位 (6) 红细胞含量： $\leq 8.0 \times 10^9$ /单位 (7) 血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存5天 2.2 干细胞采集 (1) 多种外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能 (2) 外周血CD34阳性细胞采集效率： $\geq 92\%$ (3) 红细胞及血小板丢失水平：可调整 2.3 血液治疗 (1) 治疗性血浆置换 A 机器自动计算去除血浆量及置换量 B 置换液体平衡：范围50%—150% C 可选择置换液类型，进而自动调					
本页小计							579000	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段 标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等） 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							579000	
			整抗凝剂用量 D 血浆置换过程中，血小板损失量 <3% E 血浆置换效率：84%-87% (2) 治疗性红细胞去除与置换 A 自动计算去除或置换的红细胞量  B 可设定去除后的目标红细胞积压 C 内置红细胞积压计算器 (3) 去除白细胞或血小板 A 可设定去除的容量与细胞数 B 红细胞丢失水平：可调 (4) 血浆治疗性处理：*可作免疫吸附治疗、可作低密度脂蛋白吸附分离去除 2.4以上每种功能在国内均有多家用户使用 3安全性能： 3.1采血压力感受器、回血压力感受器；提供第三方接口压力监测及报警装置（免疫吸附） 3.2空气探测器 3.3细胞监测器、自动界面探测器 3.4血浆管路溶血监测器 3.5 *红外精确抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量 3.6 离心室漏液（漏血）监测					
本页小计							579000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等） 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.7离心室温度监测 3.8离体血容量监测 3.9 置换液空管监测 *整机电池；真正断电保护，断电时能继续运行15分钟，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后保留原先参数并能续分离					
本页小计							579000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）      第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
2	03B002	视频脑电图仪（进口）	一：技术参数要求 (1) 设备名称：脑电图仪 (2) 放大器系统 ★1. 放大器功能要求：放大器 EEG 导联：32 导； ★2. 放大器具备 SpO2/CO2 输入接口，同时具备监测心电图、肌电功能。 ★3. 放大器接口及供电方式：放大器采用 USB2.0 接口连接，采用 USB2.0 主机供电方式，有效克服交流电干扰。 (3) 硬件技术参数 1. 输入阻抗：100 MΩ。 2. 输入回路电流：0.01×109A 3. 共模抑制比：脑电输入端脑电输入端 ≥119dB，内部噪声：≤1.5 μVp-p（频率范围 0.53~60HZ） 4. 耐极化电压：施加 ±600mV 的直流极化电压，偏差应不大于 ±5% 5. 电极阻抗测定阈值：2k Ω、5k Ω、10k Ω、20k Ω、50k Ω 测定误差 不大于 ±10% 6. 采样频率，可选 100 Hz、200 Hz、500 Hz、1000 Hz 共四档。 7. 综合反应时间：<0.4s 8. 直流输入端子：灵敏度为 5mm/1V，	台	1	473900	473900	
本页小计							473900	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等） 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							473900	
			误差 $\leq\pm 5\%$ ;输入阻抗为1.5M $\Omega$ ,误差为 $\pm 10\%$ 二、数据处理 1、灵敏度:EEC 输入:Off、1、2、3、2.5、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、700、1000 $\mu\text{V}/\text{mm}$ ★2 、滤波要求 2.1:低频滤波:0.016,0.03,0.08,0.16,0.27,0.53,1.6,5.3,53,159Hz。 2.2: 高频滤波:15,30,35,50,60,70,120Hz,300Hz。 3、波形校准:0.25Hz方波或10Hz正弦波。定标电压:2、5、10、20、50、100、200、500、1000 $\mu\text{V}$ 。 三、软件分析功能 1.操作方面 1.1自定义主菜单,主菜单上按照不同类别可注册10项脑电分析类别软件,每一项都可用户自定义。 1.2快速回顾何高级脑地形图分析法,完整的头部地形图提供全方位观察视点和脑电异常地形图的更好诠释,点击检测部分即可获得全方位三					
本页小计							473900	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段 标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等） 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							473900	
			维地形图。 1.3注释窗口一波形复制简便,可保存1000段波形,以及同一屏幕多达100多条注释栏,注释栏包括Word文档,Excel数据表格,图像及其它文件。 2.检测方面 2.1可在采集的同时回顾数据,屏幕的一侧显示之前采集脑电,另一侧显示即时采集脑电,同一屏幕检测,采集脑电的同时回放分析先前脑电图。 2.2高级的报告生成系统,拥有多种报告模板,报告存储于数据库,具备快速检索功能。 3.软件方面 3.12D/3D脑电地形图软件:EEG Map实时、基础脑地形图软件(系统内置),实时和离线的二维和三维脑地形图,可显示8个频段的脑电地形图。 3.2可升级睡眠脑电分析功能:无需更换放大器,即可高速解析睡眠脑电波,在线或离线都可以进行睡眠多导数据解析的软件。 3.3癫痫检测软件:在线、离线的波和癫痫检测软件					
本页小计							473900	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）      第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
本页小计							473900	
			<p>大幅度地提高了检查的精确性，对棘液可按等级进行分类，针对选定波形群，生成详细的脑地形图及形态分布图。</p> <p>四：数字化高清网络视频系统要求</p> <p>1、视频品质：2帧、15帧、低、中等、高、特高、中高分辨率，高精度实时同步记录。</p> <p>2、视频格式及放大功能：NTSC、×2、×4、×8、×10。</p> <p>3、采用高清数字化视频采集系统，同步高清图像显示，做到局部微小动作变化清晰同步，</p> <p>4、焦距和方位可调节，旋转范围：360°连续旋转。</p> <p>5、高分辨率：视频储存格式为H264压缩格式，分辨率可达高清1920x1080分辨率；</p> <p>五：闪光刺激器</p> <p>1、原装进口闪光刺激器</p> <p>2、闪光强度：4.0lx</p> <p>3、闪光模式：自动，手动可调</p> <p>六：具备振幅整合脑功能回放分析软件功能</p> <p>七：癫痫数据管理系统(提供软件著作权证书)</p>					
本页小计							473900	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 县医院购置一批医疗设备项目一标段 标段: 县医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等) 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			1. 内置标准化电子报告系统,可实现电子病历; 2. 具有姓名、年龄、检查项目等多维度筛选功能; 3. 可提前预设脑电报告模板; 4. 可一键导出所有患者信息; 5. 脑电报告字段包括背景活动、发作期、发作间期等内容; 6. 同步匹配每项检查对应的脑电数据,报告系统可链接读图软件; 7. 支持审核人员对电子报告诊断加评分; 8. 支持历史数据报告与患者匹配上传功能; 9. 支持脑电片段截图上传; 10. 支持填写患者相关病史信息,包括病史资料、既往史、家族史、辅助检查内容; 11. 内置癫痫疾病相关字段; 12. 报告统计和查询功能。					
本页小计							473900	

注: 为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	03B003	显微镜1	用途：可观察普通染色的切片，用于研究工作。 1. 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境下运输和贮存。在电源220V(±10%)/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求要求的插头，或提供适当的转换插座。 2. 主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜 2.1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察。 *2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距必须为国际标准45mm。 *2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米。 2.1.4 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°。 *2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。 *2.1.6 物镜：平场消色差物镜 4X(N.A. 0.1, W.D. 18.5) 10X(N.A. 0.25, W.D.	台	1	115800	115800	
本页小计							115800	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段: 县医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)      第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
本页小计							115800	
			.10.6) 20X(N.A.0.4,W.D. 1.2 spring) 40X(N.A.0.65,W.D. .0.6 spring) 100X(N.A.1.25,W. D.0.13 spring, oil) 2.1.7 载物台: 右 手低位置同轴驱动 旋钮的高抗磨损性 陶瓷覆盖层载物台 。 2.1.8 目镜: 10X宽 视野目镜, 视野数 为22; *2.1.9 物 镜转换器: 五孔物 镜转盘。 2.1.10 聚光镜: 阿 贝聚光镜, N.A.1. 1 3. 数码成像系统 3.1. 有效像素: ≥ 500万 3.2. 芯片类型: Sony 1/1.9“背照 式CMOS 传感器, 双层降噪技术, 具 有超高的灵敏 度以及超低噪声 3.3. 数据接口: 利 用USB2.0接口确保 高传输速率 3.4. 色彩还原技术 : 采用Ultra-Fine TM颜色处理引擎 确保颜色精准再现 3.5. 最大图像分辨 率: 3072 x1728 3.6. 图像速度: 5. 5幅/秒@3072 x172 8, 35 幅/秒@1280x 720 3.7. 曝光时间: 0. 105ms 15s					
本页小计							115800	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等） 第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
本页小计							115800	
			3.8.光学接口：C型接口 4.分析处理软件 4.1图像一键采集，图像格式可选择：JPEG/BMP/PNG/TIFF。 4.2可以选择两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式。所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等。 4.3可通过校核显微镜和成像装置，在图片中自动生成比例尺和日期，实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。 4.4可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作。 4.5可提供以下图像处理操作：图像调整、图像染色、荧光合成、高级计算成像、二值化、直方图、图像平滑、滤色/提色/反色。 4.6平场校正：相					
本页小计							115800	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）      第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机在实际显微应用中，可能会受显微镜光源、光学系统影响，或者出现显微镜目镜和物镜存在脏点导致成像不均匀，存在色块等现象。可通过平场校正，可有效减少这一类缺陷，使成像效果更均匀，色彩更真实。					
本页小计							115800	

为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）      第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
4	03B004	显微镜2	用途：可作普通染色的切片的明场观察，用于研究工作。 1. 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求要求的插头，或提供适当的转换插座。 2. 主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜 2.1.1 研究级正置显微镜，可作明场的观察 *2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。 2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。 2.1.4 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°。 *2.1.5 照明装置：高强度高还原性LED，寿命≥50000小时。 *2.1.6 物镜：平场消色差物镜 4X(N.A. ≥0.1, W.D. 18.5) 10X(N.A. ≥	台	1	105800	105800	
本页小计							105800	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工段名称: 县医院购置一批医疗设备项目一标段 标段: 县医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等) 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
本页小计							105800	
			0.25, W. D. 10.6) 20X(N. A. ≥0.4, W. D. 1.2 spring ) 40X(N. A. ≥0.65, W. . D. 0.6 spring) 100X(N. A. ≥. 1. 25, W. D. 0. 13spring, 油 镜) 2. 1. 7 载物台: 右手低位同轴驱 动选钮的高抗磨损 性陶瓷覆盖层载物 台。 2. 1. 8目镜: 10X宽 视野目镜, 带屈光 度校准视场数22 2. 1. 9 物镜转换器 : 五孔物镜转换器 *2. 1. 10 聚光镜: 阿贝聚光镜, N. A. ≥1. 1 3. 数码成像系统 3. 1. 有效像素: ≥ 500万 3. 2. 芯片类型: Sony 1/1. 9 "背 照式CMOS 传感器 , 双层降噪技术, 具有超高的灵敏度 以及超低噪声 3. 3. 数据接口: 利 用USB2. 0接口确保 高传输速率 3. 4. 色彩还原技 术: 采用Ultra- Fine TM颜色处理 引擎确保颜色精准 再现 3. 5. 最大图像分 辨率: 3072 x1728 3. 6. 图像速度: 5. 5幅/秒@3072					
本页小计							105800	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：县医院购置一批医疗设备项目一标段
标段：县医院购置一批医疗设备项目（血细胞分离机、视频脑电图仪等）
第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
本页小计							105800	
			x1728,35 幅/秒@1280x720 3.7. 曝光时间: 0.105ms-15s 3.8. 光学接口: C型接口 4. 分析处理软件 4.1 图像一键采集, 图像格式可选择: JPEG/BMP/PNG/TIFF。 4.2可以选择两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式, 所有的测量结果可以导出到EXCEL表格, 以便进行后期的其他分析和存档等。 4.3可通过校核显微镜和成像装置, 在图片中自动生成比例尺和日期, 实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。 4.4可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围, 并可以单独调节RGB各通道的亮度, 方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式等功能, 可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作。 4.5可提供以下图像处理操作: 图像调整、图像染色、荧光合成、高级计算成像、二值					
本页小计							105800	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 县医院购置一批医疗设备项目一标段      标段: 县医院购置一批医疗设备项目(血细胞分离机、视频脑电图仪等)      第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			化、直方图、图像平滑、滤色/提色/反色。 4.6平场校正: 相机在实际显微应用中, 可能会受显微镜光源、光学系统影响, 或者出现显微镜目镜和物镜存在脏点导致成像不均匀, 存在色块等现象, 可通过平场校正, 可有效减少这一类缺陷, 使成像效果更均匀, 色彩更真实。					
		措施项目						
本页小计								
合 计							1274500	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建



## 第六章 投标文件格式

(封面格式)

\_\_\_\_\_ (项目名称) 包

# 投 标 文 件

项目编号：

投标人：\_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (电子签名或盖章或签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

(目录格式自拟但须清晰明了)

## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（招标人）

经详细研究你们的标书编号为\_\_\_\_\_的招标文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- 1、我方授权\_\_\_\_\_（姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。
- 2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，投标报价为\_\_\_\_\_。
- 3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标、安装、验收、服务、移交等义务。
- 4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为\_\_\_\_\_。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- 5、我们愿提供招标人在招标文件中要求的所有文件资料。
- 6、我们已按招标文件中的规定交纳0元的投标保证金。
- 7、我们承认你们有权决定中标者的权力。
- 8、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解、并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 9、若我方中标，我方保证按照招标文件规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
- 10、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章或签字）

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、投标函附录

投 标 人	
项 目 名 称	
投 标 报 价	小写： _____； 大写： _____。
响 应 内 容	
交 货 期	
质 保 期	
质 量 要 求	
投 标 有 效 期	
其 他	制造商企业类型：(大型、中型企业、小型企业、微型企业、其他)
备注：	

投标人： \_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_（电子签名或盖章或签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、技术偏离表

序号	名称	招标文件规格	投标文件规格	偏离说明
...				

注：1、“偏离说明”一栏有偏离情况的必须写明偏离情况说明，不得以“满足”代替，未偏离的可以以“满足”代替。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章或签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、详细报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
	合计					

注：1. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2. 投标人的详细报价表格式可自定，但须包括以上表格中内容（包括：品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家、单位、数量、单价）。

## 五、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

### 5-1、法定代表人身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表

人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

5-2、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，  
现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、  
说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同  
和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

**委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。**

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 六、资格证明文件

### 6-1、投标人基本情况表

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
联系方式	联系人		电 话
	传 真		邮 箱
组织结构代码			
法定代表人		电 话	
成立时间		员工总人数：	
营业执照号			
注册资金			
经营范围			
备注			

6-2、投标人资格证明文件  
(附资格审查要求的所有资料)

## 七、技术部分

(根据采购内容情况及评分办法编写格式自拟)

## 八、综合部分

(根据采购内容情况及评分办法编写格式自拟)

九、投标单位应附的其他资料

(格式自拟)

## 十、综合资料

### 10-1、反商业贿赂承诺书

#### 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_项目名称（采购项目编号为：\_\_\_\_\_）采购活动中，  
我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人（经营者或执行事务合伙人）：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 10-2、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. \_\_\_\_\_(标的名称),属于\_\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为\_\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于\_\_\_\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

2. \_\_\_\_\_(标的名称),属于\_\_\_\_\_(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为\_\_\_\_\_(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于\_\_\_\_\_(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称: \_\_\_\_\_(单位电子签章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注译:** 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》(豫财购〔2013〕14号)文件规定,对小型和微型企业产品的价格给予优惠扣除,用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函)。

**3、属于中小微企业的填写,不属于的无需填写此项内容,只需要单位电子签章。**

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
<b>其他未列明行业*</b>	<b>从业人员(X)</b>	<b>人</b>	<b><math>X \geq 300</math></b>	<b><math>100 \leq X &lt; 300</math></b>	<b><math>10 \leq X &lt; 100</math></b>	<b><math>X &lt; 10</math></b>

**说明：**

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿

与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 10-3、投标承诺函

#### 投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人（经营者或执行事务合伙人）没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）磋商有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人（经营者或执行事务合人）：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 10-4、招标代理服务费承诺函

##### 招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：\_\_\_\_\_采购项目编号：\_\_\_\_\_）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人（经营者或执行事务合人）：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日