


## 进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第九人民医院
拟采购产品名称	3D 高清电子腹腔镜
拟采购产品金额	2445000 元
采购项目所属项目名称	郑州市第九人民医院 3D 高清电子腹腔镜采购项目
采购项目所属项目金额	2445000 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他	
原因阐述： 进口 3D 高清电子腹腔镜具备高精度立体成像，国产 3D 高清电子腹腔镜画质在色彩、噪点控制及细节处理上有差距；进口系统集成度信号延迟极低，操作实时同步。国产系统延迟相对较高，快速操作时可能出现卡顿。进口高清腹腔镜性能优异，更加稳定，信号衰减不明显，均匀照明和多种光谱过滤功能为手术提供很大帮助，国内同类的产品尚不能完全满足临床工作要求，进口品牌收到市场认可度较高，整体占有率占有绝对优势。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">国产的 3D 高清电子腹腔镜在清晰度、分辨率等方面与进口产品存在一定的差距。系统有一定的延迟，会使操作时出现卡顿。同时消毒后的使用效率与进口也有不足。因此国产设备在某些技术要求和使用性能上不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。</p>	
专家签字：	
2025 年 9 月 23 日	