

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	商城县妇幼保健院
拟采购产品名称	胸腹腔镜
拟采购产品金额	190 万元
采购项目所属项目名称	河南省商城县妇幼保健院医疗设备购置项目
采购项目所属项目金额	280 万元
二、申请理由	
1、中国境内无法获取： <input type="checkbox"/>	
2、无法以合理的商业条件获取： <input type="checkbox"/>	
3、其他： <input checked="" type="checkbox"/>	
原因阐述：进口产品比国产产品画面更加精细，清晰度更高且不易衰减，经久耐用。对病灶的观察更加精准，还原度更高，可帮助医生更好的做出判断。	
三、专家论证意见	
<p>进口腹腔镜与国产同类产品对比：进口腹腔镜的研发设计起步早，临床应用技术更加成熟，其光源透射更自然，图像更不易受外界干扰，信号传递衰减不明显，传导的射线透过镜功能均匀的照明，高分辨、高清晰性能更能确保临床医生对早期微小病变的检出及治疗。基于进口设备更加先进的技术 and 稳定的性能，临床使用故障更低，建议购置进口产品。</p> <p>该设备不属于国家禁止或限制进口产品，符合一般进口设备采购的相关要求。</p>	
专家签字：张葛	
2024 年 3 月 15 日	

